



Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na jednostronnym pokryciu metaliczną warstwą refleksyjną 26 paneli szklanych dostarczonych Wykonawcy przez IFJ PAN w Krakowie.

Panele mają kształt czworokąta nieforemnego o maksymalnym wymiarze 700 mm. Niezbędna jest więc komora próżniowa napyłarki o średnicy około 900 mm, jednak nie większa niż 1000 mm ze względu na minimalizację kosztu usługi.

W skład dostawy wchodzi:

1. Panele ze szkła borowego Borofloat 33 z firmy Schott o grubości 0.7 mm - 10 sztuk
2. Panele ze szkła borowego Borofloat 33 z firmy Schott o grubości 1.1 mm - 16 sztuki
4. Wymagane parametry warstwy refleksyjnej i zabezpieczającej naniesionych metodą próżniową:
 - grubość warstwy refleksyjnej z aluminium: 80 - 100 micr
 - grubość warstwy zabezpieczającej z chromu: około 100 micr
5. Sumarycznie wymaga to wykonania 26 cykli napyłania próżniowego
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odbioru z IFJ PAN oraz dostawy do IFJ PAN w Krakowie paneli szklanych po wykonaniu usługi metalizacji.
7. Usługa będzie zapłacona po jej kompletnym wykonaniu i dostawie do IFJ PAN w Krakowie w terminie do 21 dni
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w języku angielskim