



Znak sprawy: DZP.260.16.2022

Kraków, 6 czerwca 2022 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na:
**dostawę wektorowego analizatora obwodów z zestawem kalibracyjnym i przewodami
pomiarowymi dla IFJ PAN, znak sprawy: DZP.260.16.2022.**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły drogą elektroniczną.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które w odniesieniu do wymagania „Minimalna gwarantowana dynamika pomiarowa na portach pomiarowych przy $f=10\text{Hz}$ w zakresach 300MHz do 1.3GHz" zapewnia wartość gwarantowaną $\geq 125\text{ dB}$ i wartość typową 135 dB?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

W ostatnim czasie nastąpiło znaczne wydłużenie łańcucha dostawa komponentów elektronicznych używanych przy produkcji aparatury pomiarowej. Spowodowane jest to pandemią COVID-19. Sytuację pogorszyła jeszcze agresja Rosji na Ukrainę. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do 5 miesięcy od daty podpisania umowy?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie 3

Czy Zamawiający specyfikując „ekran dotykowy min. 12 cali” ma na myśli ekran wbudowany w przyrząd (wektorowy analizator obwodów)?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga ekranu wbudowanego w przyrząd.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Za Komisję Przetargową

Anica Knera