

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i instalacja dwu komputerów z oprogramowaniem, przeznaczonych do współpracy z systemem obrazowania MR Bruker Biospec 9.4T:

1. komputera sterującego wraz z oprogramowaniem ParaVision 7, do sterowania pomiarami, obejmującego licencję użytkownika sekwencji pomiarowej IntraGate UTE (upgrade w stosunku do obecnie używanej wersji Paravision 6),
2. komputera - stacji roboczej do analizy danych, z oprogramowaniem ParaVision 7 umożliwiającym analizę danych pomiarowych (upgrade obecnej licencji ParaVision 6).

Każdy z komputerów powinien pracować pod kontrolą 64 bitowego systemu operacyjnego Linux, powinien zawierać co najmniej 64 GB pamięci RAM, dysk twardy o pojemności co najmniej 2 TB, monitor Full HD co najmniej 24", klawiaturę i mysz.

Upgrade oprogramowania powinien uwzględniać wszystkie licencje z obecnie użytkowanych wersji Paravision oraz Topspin.

Dotychczasowe licencje ParaVision 6 powinny pozostać aktywne przez co najmniej 12 miesięcy od chwili instalacji przedmiotu zamówienia, w celu umożliwienia niezakłóconej realizacji badań rozpoczętych przed tą instalacją.